

ANEXO A



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°

Cliente:

Equipamento:

Fabricante:

Modelo:

N° de Série

Patrimônio/Código:

Data da Calibração:

Próxima Calibração:

Temperatura do Ar (°C):

Umidade Relativa do Ar (%):

Padrão Utilizado:

Fabricante:

N° de Série:

Órgão Calibrador:

N° do Certificado:

Data da Calibração:

Próxima Calibração:

Procedimento de Calibração:

A calibração foi realizada através de parâmetros no sistema interno do instrumento, onde foi aplicado formas de ensaio conforme o manual do fabricante, foram utilizados referências rastreadas e determinadas pelo fabricante para as escalas calibradas.

Observações:

#Realizado apenas calibração do equipamento em questão.

#Valores obtidos correspondem à média de três medições.

#A incerteza declarada foi fundamentada para o nível de confiança de aproximadamente 95%.

#Os resultados apresentados neste certificado tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento em questão, na data da calibração, não sendo extensiva a quaisquer lotes. Sua reprodução somente poderá ser feita na íntegra, sem nenhuma alteração.




CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 0

Resultados da Calibração:

Pressão - Ciclo Crescente

Unidade de Medida : mmHg

Valor Verdadeiro Convencional	Indicação no Instrumento	Erro Médio	Erro Médio (%)	Incerteza de Medição (%)	Fator de Abrangência K
40					
80					
120					
160					
200					
240					
280					



Queda de Pressão (5 MIN) - mmHg	
Valor Médio	Situação
0.00	APROVADO




CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 0

Resultados da Calibração:

Pressão - Ciclo Decrescente

Unidade de Medida : mmHg

Valor Verdadeiro Convencional	Indicação no Instrumento	Erro Médio	Erro Médio (%)	Incerteza de Medição (%)	Fator de Abrangência K
40					
80					
120					
160					
200					
240					
280	Curva de Erro - Ciclo Decrescente				



Valor Verdadeiro Convencional	Situação
40	APROVADO
80	APROVADO
120	APROVADO
160	APROVADO
200	APROVADO
240	APROVADO
280	APROVADO




CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 0

Resultados da Calibração:

Pressão - Histerese

Unidade de Medida : mmHg

Referência	Média	Desvio Padrão	Situação
40	0.00	0.00	APROVADO
80	0.00	0.00	APROVADO
120	0.00	0.00	APROVADO
160	0.00	0.00	APROVADO
200	0.00	0.00	APROVADO
240	0.00	0.00	APROVADO
280	0.00	0.00	APROVADO



Data da Emissão: 18 março, 2019

Técnico Responsável:

Marcelo Ferreira da Costa